

医療用品3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード 70976000

オカモト検査・検診用ビニル手袋 ソフトタッチ・プラハンド ライト パウダーフリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・左右同一型(平手タイプ)
- ・パウダーフリータイプ
- ・サイズ:S、M、L
- ・未滅菌
- ・主原料:ポリ塩化ビニル
(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))
(JIS T9116の呼び、呼び及び寸法の項に適合)

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から保護する。

【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

- 1.使用注意
 - ・体質により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- 2.重要な基本的注意
 - ・使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。
- 3.相互作用
 - ・薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認の上使用する。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気を避けて常温で保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

オカモト株式会社
東京都文京区本郷3丁目27番12号
TEL:03-3817-4172

[製造元]

国名 中国

業者名 徐州富山医療製品有限公司

(XUZHOU FULL SUN MEDICAL PRODUCTS.LTD.)